

Rappel de lot du réactif à usage de diagnostic in vitro Gigalab COVID 19 Ag Gold Salive

Compte Test - 2021-07-15 12:35:43 - Vu sur pharmacie.ma

Par un courrier du 14 juillet 2021 adressé au Président du Conseil de l'Ordre des Pharmaciens, la Directrice du médicament et de la pharmacie l'a informé que le ministère de la Santé a ordonné un rappel immédiat du lot 2101S701- 01/2023 du réactif à usage de diagnostic in vitro Gigalab COVID 19 Ag Gold Salive. Ce rappel de lot fait suite à des réclamations qui ont été suivies d'inspections de pharmacies et de grossisteries. Ces inspections diligentées par le ministère de la Santé ont révélé la présence de ces réactifs dans certaines officines et chez leur répartiteur, sachant que ces réactifs n'ont jamais obtenu l'autorisation du ministère de la Santé.